

Materiały do konkursu ofert na świadczenia wysokospecjalistyczne finansowane z budżetu państwa w 2013 r.

ŚWIADCZENIE WYSOKOSPECJALISTYCZNE NR 11

KARDIOLOGICZNE ZABIEGI INTERWENCYJNE U DZIECI DO LAT 18, W TYM PRZEZSKÓRNE ZAMYKANIE PRZECIEKÓW Z UŻYCIEM ZESTAWÓW ZAMYKAJĄCYCH

WARUNKI TECHNICZNE

Blok operacyjny lub sala spełniająca warunki odpowiadające wymaganiom radioterapii zabiegowej (pracownia radiologii zabiegowej, pracownia hemodynamiki) muszą spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 2012, poz.736).

Wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny:

1. Aparatura rentgenowska umożliwiająca uzyskanie obrazów o wysokiej rozdzielczości przy zminimalizowanej dawce promieniowania rentgenowskiego (fluoroskopia pulsacyjna), proste wykonywanie projekcji osiowych, rejestrację obrazu z możliwością bieżącego odtwarzania, łatwe opracowanie obrazu (wykonywanie pomiarów, obliczanie parametrów czynnościowych), archiwizację na trwałych nośnikach obrazu (płyty kompaktowe).
2. Strzykawka ciśnieniowa do angiografii.
3. Aparatura rejestrująca stan hemodynamiczny pacjenta.
4. Hemoksymetr
5. Aparat do znieczulania z możliwością monitorowania funkcji życiowych dziecka.
6. Pełen zestaw specjalistycznego sprzętu medycznego służącego do wykonywania diagnostycznych i leczniczych cewnikowań serca, w tym sprzęt do usuwania ciał obcych z układu sercowo-naczyniowego
7. Defibrylator i stymulator do czasowej stymulacji zewnętrznej serca.