

Leszyńska-Kęska Eliza

*P. G. 115000 - usilne
ju*

Od:
Wysłano: 9 maja 2013 13:14
Do: Leszyńska-Kęska Eliza
Temat: transport sanitarny N wałbrzych

Witam.

Zgodnie z Państwa zapytaniem dotyczącym umowy NFZ w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny wynikającej z projektu rozporządzenia MZ chciałbym zgłosić wątpliwość czy w punkcie 48 dotyczącym wymogów wyjazdowego zespołu sanitarnego typu N w wymogach dotyczących wyposażenia karetki włączono obowiązkowo posiadanie dozownika tlenu azotu z analizatorem NO i NO2. Wydaje mi się jako ordynatorowi oddziału realizującego transporty dzieci karetką N że taki sprzęt powinien być opcjonalnie ujęty w wyposażeniu a nie obowiązkowo. Koszt sprzętu jest bardzo duży a potrzeba posiadania go w transporcie na siebie wynika z możliwości terapeutycznych oddziałów. W przypadku pacjenta wymagającego terapii tlenkiem azotu powinna go transportować karetka z oddziału mogącego dalej prowadzić taką terapię u siebie. Zmniejszy to koszty utrzymywania transportu sanitarnego N. Pozdrawiam

Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
2013-05-09
Znak sprawy: przekazano: 4506